

お得意様 各位

PM20100114058
2010年1月15日
アコマ医科工業株式会社
品質保証部
東京都文京区本郷 2-14-14 〒113-0033
TEL:03-3811-4151

T ピース 1986 に関する安全情報のご案内

謹啓

貴院益々ご清祥の段お慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

貴院にて現在ご使用いただいております「**T ピース 1986**」に関する安全情報のご案内をさせていただきます。

この度、「T ピース 1986」の製造元のインターサージカル(IS)社から 2009 年 6 月製造の製品からプラスチック膜が付着したものが発見され、Lot : 30914368 未満のロットに注意するように連絡がありました。

弊社で輸入販売した最新 Lot : 30812260 について IS 社に問い合わせたところ、「LOT : 30812260 は 2008 年 12 月製造であり、不具合を発生したのは 2009 年 6 月製造であるから可能性は限りなく低いと思われる。」との回答を得ております。

ただし、完全に否定されてはいないので、念のため Lot : 30812260 の販売先に情報提供することにいたしました。

この度は、多大なご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後ともご指導ご鞭撻賜り、引き続きご愛顧くださいますようお願い申し上げます。

謹白

下記の「プラスチック膜(内側のバリ)」が発見されましたら弊社までご返却をお願いいたします。

