

2019年3月  
アコマ医科工業株式会社  
薬機本部 品質保証部

## コンバテック社製デルタフロー吸引管の回収のご案内

謹啓

陽春の候、貴下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

今般、弊社が輸入販売しているコンバテック社製デルタフロー吸引管に於いて下記の報告を製造元のコンバテック社より受けました事、並びに当報告に対します日本国内の対応方法に関するご案内をさせていただきます。

### 【理 由】

海外製造元から当該製品について、自主的な社内検査の結果、出荷後に包装が破れて無菌性の確保が損なわれる可能性がある旨の報告と回収の指示があり弊社で検討した結果、安全に万全を期す為に自主回収を実施致します。

尚、現在のところ当該製品における健康被害の報告はございません。

### 【対象製品及び対象ロット】

デルタフロー吸引管 チップ外形:Φ8 (商品コード 380-40-19)

172878 172889 172892 215226 215227 300845 303236  
303237 303238 308647 310906 490151 490152

今回の回収に関しまして、対象施設等、詳細は各営業担当者よりご案内させていただきます。

ご購入頂いております皆様には、ご迷惑とご不便をお掛けすることを深くお詫び申し上げます。また弊社販売製品を安全にご使用頂けますよう一層の努力を続けて参りますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白